

市立東大阪医療センター放射線治療システム更新にかかるプロポーザル評価基準

No.	評価内容	主な提出書類(参考)	評価基準	満点
1	同等業務受託実績について評価	事業所概要(様式2) ※(導入実績)	受託実績件数について評価	10
2	入替工程について	入替工程の説明資料(企画提案書)	実現可能なスケジュールが示されているかについて評価	10
3	提案機器の特色・性能 リニアック装置について	提案機器の説明資料(企画提案書)	高周波発生源の性能を評価 ガントリーの回転精度および加速管の加速効率を評価 加速装置の精度、耐久性を評価 線量モニタ部の構造の評価 治療装置本体の回転中心の精度を評価 治療寝台の性能に関して評価 治療装置の機器性能診断機能に関する評価 位置照合で使用するガントリー搭載型のkv管の機能について評価	80
4	提案機器の特色・性能 埋め込み型放射線治療用シミュレータ (放射線治療用シンクロナイザ)について	提案機器の説明資料(企画提案書)	各社の画像誘導能力(精度、時間、操作性など)について評価	10
5	提案機器の特色・性能 多発脳転移への定位照射に関する性能について	提案機器の説明資料(企画提案書)	多発脳転移に対する定位照射における機能を評価	10
6	自由提案、ヒアリングによる内容	提案機器の説明資料(企画提案書)	自由提案、ヒアリング内容、質疑応答、要望への対応、受託姿勢などを総合的に評価する	10
7	保守・メンテナンス体制	提案機器の説明資料(企画提案書)	保守・メンテナンス体制について評価	10
8	価格評価	見積書	提案機器にかかる見積金額を評価する	60
				200